ACCU-CHEK®
SmartGuide

mySugr®

كيفية الانتقال إلى تطبيق mySugr

دليل البدء السريع

سينتقل تطبيقا Accu-Chek SmartGuide (أكيو-تشيك سمارت جايد) وPredict (بريديكت)[1] إلى تطبيق mySugr، ومن المهم أن تقوم بهذا الانتقال.
بعد انتهاء فترة الانتقال، لن تقترن مستشعرات Accu-Chek SmartGuide الجديدة لنظام المراقبة المستمرة لمستوى السكر في الدم (CGM) إلا بتطبيق mySugr.

قم بتنزيل تطبيق mySugr الآن!

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

فقط بضع نقرات تمكنك من إجراء الانتقال

الخطوة 1
تنزيل تطبيق mySugr

الخطوة 2
تسجيل الدخول باستخدام الحساب الحالي

الخطوة 3
اتباع خطوات بدء التشغيل السريع

1



ستتلقى إشعاراً على حساب تطبيق Accu-Chek SmartGuide الخاص بك لإبلاغك بالانتقال



قم بتنزيل تطبيق mySugr أو تحديثه من App Store أو Google Play

2



سيتم توجيهك إلى منصة Roche لتسجيل الدخول



أدخل عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحساب Accu-Chek الخاص بك



بعد ذلك، سجل الدخول باستخدام كلمة مرور حساب Accu-Chek الحالية الخاصة بك



افتح تطبيق mySugr وحدد "Continue" (متابعة)

1. تطبيق Accu-Chek SmartGuide وتطبيق Accu-Chek SmartGuide Predict.

3



بعد تسجيل الدخول، اتبع خطوات بدء التشغيل السريع



حدد نوع السكري والمعالجة بالأنسولين واستخدام الأدوية ووحدات القياس ونطاقات الجلوكوز



عند اختيار جهازك، اختر "Accu-Chek SmartGuide"



أخيراً، تأكد من السماح بالإشعارات

أصبح كل شيء جاهزًا الآن!

بعد بدء التشغيل، ستكون جاهزاً لإقران مستشعر Accu-Chek SmartGuide لنظام CGM التالي الخاص بك في تطبيق mySugr.

نوصي بالانتقال إلى تطبيق mySugr عند التغيير المقبل للمستشعر الخاص بك.



هل تحتاج إلى مساعدة؟

يمكنك التواصل مع فريق خدمة العملاء لدينا عن طريق:

- رقم الهاتف: 800 8500 311
- البريد الإلكتروني: smartguide.sa@roche.com

تعرّف على المزيد

امسح الرمز لزيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على مزيد من التفاصيل حول عملية الانتقال

rochediabetescareme.com

روش دايجنوستكس السعودية ذ.م.م | 6469 طريق الدائري الشمالي، حي العقيق | 13519-3212 الرياض

Roche